

Odpowiedź nr 3 na pytania:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Należy wziąć pod uwagę, że aparat rentgenowski produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez przyszłego Użytkownika, a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy, a więc termin ten jest niewystarczający. W przypadku nieusprawiedliwionego opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawcy grożą bardzo wysokie kary umowne.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji przynajmniej do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu tj. od pn - pt (w wyłączeniu dni ustawowo wolnych od pracy).

Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie 3:

*Dotyczy ust. 5 § 7 projektu Umowy i 7.3 załącznika nr.2a*

Czy Zamawiający uzna kontakt telefoniczny lub zdalny jako przystąpienie do naprawy?

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie 4:

*Dotyczy ust. 3 § 6 projektu Umowy*

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na 30-dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego?

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie 5:

W nawiązaniu do ust.1.1) § 8 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j.w. powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy.

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie 6:

W nawiązaniu do ust.1.1) § 8 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi.

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie 7:

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie 8:

Zwracamy się z prośbą, aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

**Odpowiedź: Nie**

KIEROWNIK  
SEKCJI INFRASTRUKTURY  
I APARATURY MEDYCZNEJ

*Podkalicki*  
mgr inż. Lukasz Podkalicki

Sekcja Infrastruktury  
i Aparatury Medycznej  
*Wojnarowski*  
Piotr Wojnarowski  
Inspektor